

от 20.03.2006 № Месен 629

Генеральному директору
ООО ПКФ "Теплогаз-Центр"
А.В.Санину

Уважаемый Алексей Владимирович!

Рассмотрев Ваше письмо от 26.01.2006г. № АО-007 по вопросу опыта эксплуатации корректоров m-Elcor, довожу до Вашего сведения, что по оценкам специалистов служб режимов газоснабжения филиалов ГУП МО «Мособлгаз» корректор m-Elcor, производимый фирмой Elgas, обладает следующими положительными характеристиками:

- удобное и простое программное обеспечение, позволяющее как считывать данные, так и программировать корректор;
- простой вывод данных с корректора на принтер, без дополнительных узлов и коммуникаций;
- распечатки, получаемые с принтера, удовлетворяют требованиям Правил учета газа, утвержденных Минтопэнерго РФ от 14.10.1996 года, и требованиям ГУП МО «Мособлгаз»;
- высокая степень защиты от несанкционированного вмешательства;
- взрывозащищенное исполнение корпуса;
- приемлемая цена;
- полноценная совместимость с используемыми в Московской области счетчиками газа.

Отрицательные отзывы относятся к качеству перевода технической документации к корректору и сложному руководству для оператора по программе uElcViz.

Корректор предполагается включить в список рекомендованных для установки на узлах учёта газа потребителей и в автоматизированную систему учета газа.

Первый заместитель
Генерального директора



Н.Е. Лалуева